

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Persetujuan Etik



#### Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,  
Denpasar Selatan, Bali 80224  
(0361) 710447  
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

#### PERSETUJUAN ETIK/ ETHICAL APPROVAL

Nomor : DP.04.02/F.XXXII.25/ 0120 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

Perbandingan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Menggunakan Alat Sysmex-XN 1000 Analyzer Dan Cell-Dyn Ruby Hematology Analyzer Pada Pasien Hemodialisa Di RSD Mangusada

yang mengikutsertakan manusia sebagai subyek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

I Desak Putu Ayu Ardha Nareshwari

**LAIK ETIK.** Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasat, 07 Maret 2024

Ketua Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.Si.T., M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



### Kementerian Kesehatan Poltekkes Denpasar

Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya,  
Denpasar Selatan, Bali 80224  
(0361) 710447  
<https://poltekkes-denpasar.ac.id>

Nomor : PP.04.03/F.XXXII.18/0443/2024  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Maret 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Badung

Sehubungan dengan Skripsi/Penelitian sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar membutuhkan izin penelitian agar dapat melanjutkan penyusunan Skripsi, maka dengan ini kami mohon agar berkenan membantu untuk izin penelitian bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : I Desak Putu Ayu Ardha Nareshwari  
NIM : P07134220005  
Prodi/Program : TLM/Sarjana Terapan  
Semester : VIII  
Judul Proposal : Perbandingan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Menggunakan Alat Sysmex-XN 1000 Analyzer Dan Cell-Dyn Ruby Hematology Analyzer Pada Pasien Hemodialisa Di RSD Mangusada  
Lokasi Penelitian : Laboratorium RSD Mangusada  
Waktu Penelitian : Tanggal 1 – 15 April 2024

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium  
Medis,

\$(ttd)

I Gusti Ayu Sri Dhyana Putri, SKM, MPH

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



## Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kabupaten Badung



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"  
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI (80351)  
Telp. (0361) 4715259, Email : dpmptspbadungkab@gmail.com  
Website : <http://dpmptsp.badungkab.go.id>

Nomor : 1145/SKP/DPMTSP/IV/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :  
Yth. DIREKTUR RSD MANGUSADA  
di - Mangupura

Berdasarkan permohonan dengan nomor pendaftaran 240328102526, maka Bupati Badung memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : I DESAK PUTU AYU ARDHA NARESHWARI  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Alamat Pemohon : BANJAR SUNIA, DESA WERDI BHUWANA, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG  
Nama Instansi : POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR  
Alamat Instansi : JALAN SANITASI NO.1 DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR  
Judul Penelitian : PERBANDINGAN HASIL PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN MENGGUNAKAN ALAT SYSMEX-XN 1000 ANALYZER DAN CELL-DYN RUBY HEMATOLOGY ANALYZER PADA PASIEN HEMODIALISA DI RSD MANGUSADA  
Jumlah Peneliti : 1 ORANG  
Lokasi Penelitian : LABORATORIUM RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA  
Tujuan Penelitian : SKRIPSI  
Lama Penelitian : 1 APRIL 2024 s/d 15 APRIL 2024

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan Penelitian agar melapor kepada Instansi yang dituju serta instansi yang tercantum pada tembusan surat ini.
2. Saat mengadakan Penelitian agar mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku pada lokasi Penelitian dan wilayah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian dan apabila melanggar ketentuan yang berlaku maka Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut serta dihentikan segala kegiatannya.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian telah berakhir, sedangkan penelitian belum selesai agar mengurus kembali Surat Keterangan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Setelah kegiatan Penelitian selesai, agar melapor ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung secara daring serta mengunggah hasil penelitian melalui aplikasi [www.laperon.badungkab.go.id](http://www.laperon.badungkab.go.id).

Dikeluarkan di : Mangupura  
Pada Tanggal : 2 APRIL 2024

**IZIN INI TIDAK  
DIPUNGUT BIAYA**

Jangan berikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas kami sebagai upaya mewujudkan Zona Integritas & Pelayanan Prima



ID:240328102526



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG,

Dr. Ir. I MADE AGUS ARYAWAN, S.T., M.T.  
NIP. 19720828 199803 1 018

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem LAPERON berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem LAPERON, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN



Lampiran 4 Hasil Pemeriksaan

| DATA HASIL PEMERIKSAAN HB PASIEN HEMODIALISA |         |               |           |                             |        |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------------|--------|
| KODE LAB                                     | KODE PX | JENIS KELAMIN | USIA (th) | HASIL PEMERIKSAAN PADA ALAT |        |
|                                              |         |               |           | XN-1000                     | XP-100 |
| 892                                          | 1       | L             | 66        | 10.2                        | 10.2   |
| 890                                          | 2       | L             | 54        | 8.7                         | 8.6    |
| 896                                          | 3       | L             | 57        | 12.4                        | 12.4   |
| 906                                          | 4       | L             | 46        | 11.5                        | 11.5   |
| 889                                          | 5       | L             | 52        | 9.1                         | 9.0    |
| 898                                          | 6       | L             | 84        | 11.2                        | 11.1   |
| 895                                          | 7       | L             | 58        | 10.5                        | 10.7   |
| 901                                          | 8       | L             | 49        | 8.2                         | 8.2    |
| 936                                          | 9       | L             | 57        | 11.4                        | 11.5   |
| 913                                          | 10      | L             | 66        | 10.6                        | 10.7   |
| 911                                          | 11      | L             | 66        | 9.8                         | 9.8    |
| 921                                          | 12      | P             | 45        | 8.2                         | 8.2    |
| 945                                          | 13      | L             | 52        | 9.8                         | 9.9    |
| 948                                          | 14      | P             | 58        | 8.1                         | 8.3    |
| 935                                          | 15      | L             | 53        | 12.0                        | 12.0   |
| 920                                          | 16      | L             | 54        | 10.0                        | 10.1   |
| 938                                          | 17      | P             | 60        | 9.2                         | 9.3    |
| 944                                          | 18      | L             | 58        | 13.0                        | 13.2   |
| 941                                          | 19      | L             | 34        | 10.8                        | 10.9   |
| 933                                          | 20      | L             | 50        | 10.4                        | 10.4   |
| 942                                          | 21      | L             | 68        | 8.8                         | 8.9    |
| 952                                          | 22      | L             | 58        | 9.5                         | 9.6    |
| 947                                          | 23      | L             | 63        | 9.6                         | 9.6    |
| 962                                          | 24      | L             | 50        | 10.4                        | 10.5   |
| 963                                          | 25      | P             | 62        | 8.4                         | 8.4    |
| 969                                          | 26      | L             | 71        | 12.2                        | 12.2   |
| 966                                          | 27      | P             | 70        | 11.2                        | 11.2   |
| 968                                          | 28      | L             | 61        | 8.2                         | 8.2    |
| 390                                          | 29      | L             | 52        | 11.2                        | 11.3   |
| 965                                          | 30      | P             | 55        | 11.7                        | 11.6   |

## Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas

### Tests of Normality

#### Kolmogorov-Smirnov<sup>a</sup>

|                      |      |    |       |
|----------------------|------|----|-------|
| Hasil Uji Normalitas | .075 | 60 | .200* |
|----------------------|------|----|-------|

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

## Lampiran 6 Hasil Uji Homogenitas


### Test of Homogeneity of Variances



|            |                                         | Levene<br>Statistic | df1 | df2    | Sig. |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|--------|------|
| Hasil Uji  | Based on Mean                           | .001                | 1   | 58     | .973 |
| Homogenita | Based on Median                         | .001                | 1   | 58     | .973 |
|            | Based on Median and<br>with adjusted df | .001                | 1   | 58.000 | .973 |
|            | Based on trimmed mean                   | .001                | 1   | 58     | .978 |

Lampiran 7 Hasil Uji Independent Sample T Test

|                                          |                                      | Independent Samples Test                      |      |                              |        |                        |                    |                          |                                                 |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|                                          |                                      | Levene's Test<br>for Equality of<br>Variances |      | t-test for Equality of Means |        |                        |                    |                          |                                                 |       |
|                                          |                                      | F                                             | Sig. | t                            | df     | Sig.<br>(2-<br>tailed) | Mean<br>Difference | Std. Error<br>Difference | 95% Confidence<br>Interval of the<br>Difference |       |
| Hasil<br>Independent<br>sample T<br>test | Equal<br>variances<br>assumed        | .001                                          | .973 | -.111                        | 58     | .912                   | -.0400             | .3605                    | -.7617                                          | .6817 |
|                                          | Equal<br>variances<br>not<br>assumed |                                               |      | -.111                        | 57.999 | .912                   | -.0400             | .3605                    | -.7617                                          | .6817 |

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian





Peserta/Subyek Penelitian

Wali

  
Tanda Tangan dan Nama  
Tanggal (Wajib diisi) : / /

  
Tanda Tangan dan Nama  
Tanggal (Wajib diisi) : / /

Hubungan dengan Peserta/Subjek Penelitian

(Wali dibutuhkan bila calon peserta/subjek adalah anak <14 tahun, lansia, tuna grahita, pasien dengan kesadaran kuduk/koma)

Peneliti

5 April 2024

I Desak Putu Ayu Ardhya Nareswari

# PERBANDINGAN HASIL PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN MENGUNAKAN ALAT SYSMEX XN-1000 DAN XP-100 HEMATOLOGY ANALYZER PADA PASIEN HEMODIALISA DI RSD MANGUSADA

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



[digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)

Internet Source

2%



[repository.poltekkes-denpasar.ac.id](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id)

Internet Source

1%



[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

1%



[pdfcoffee.com](http://pdfcoffee.com)

Internet Source

1%



[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

1%



[repository.stikstellamarismks.ac.id](http://repository.stikstellamarismks.ac.id)

Internet Source

<1%



[journal.thamrin.ac.id](http://journal.thamrin.ac.id)

Internet Source

<1%



Submitted to Badan PPSDM Kesehatan  
Kementerian Kesehatan

Student Paper

<1%  
*Handwritten signature*



Estu Sami Asih, Diah Pramudianti, Lucia Sincu  
Gunawan. "Perbandingan Hasil Pemeriksaan  
Hemoglobin Metode Azidemet Hemoglobin  
dan Cyanide-Free", Biomedika, 2019  
Publication

<1 %



repository.iainpare.ac.id  
Internet Source

<1 %



ejournal.mediaantartika.id  
Internet Source

<1 %



repository.poltekkesbengkulu.ac.id  
Internet Source

<1 %



repository.unimus.ac.id  
Internet Source

<1 %



perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id  
Internet Source

<1 %



journal.universitaspahlawan.ac.id  
Internet Source

<1 %



Submitted to Higher Education Commission  
Pakistan  
Student Paper

<1 %



repository.poltekkes-kaltim.ac.id  
Internet Source

<1 %



digilib.unila.ac.id  
Internet Source

<1 %

Apri  
Citra  
HPR



karya.brin.go.id

Internet Source

<1 %



juke.kedokteran.unila.ac.id

Internet Source

<1 %



Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama  
Surabaya

Student Paper

<1 %



repository.uiad.ac.id

Internet Source

<1 %



Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %



Fitrotin Azizah, Nur Vita Purwaningsih, Yeti  
Eka Puspita Sari, Salwa Sausan Salsabila.  
"Status Jumlah Leukosit pada Petani Garam di  
Desa Romokalisari Kecamatan Benowo Kota  
Surabaya", Borneo Journal of Medical  
Laboratory Technology, 2023

Publication

<1 %



Widia Rahmatullah, Sulistiawati Abdullah, Ana  
Mardiyaningsih. "PERBEDAAN KADAR  
HEMOGLOBIN MENGGUNAKAN METODE HB  
METER DAN HEMATOLOGY ANALYZER", Al-  
Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan  
(Journal of Nursing Sciences), 2023

Publication

<1 %



artikelpendidikan.id

Internet Source

Ass.  
Jg.

<1 %



journal.umpr.ac.id

Internet Source

<1 %



docobook.com

Internet Source

<1 %



repo.poltekkes-medan.ac.id

Internet Source

<1 %

4

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

## Lampiran 10 Validasi SIAK

| Data Skripsi Mahasiswa |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N I M                  | P07134220005                                                                                                                                 |
| Nama Mahasiswa         | I Desak Putu Ayu Ardha Nareshwari                                                                                                            |
| Info Akademik          | Fakultas : Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Jurusan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan<br>Semester : 8 |

| Bimbingan |                                                                    |                                                           |                                                                       |                   |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| No        | Dosen                                                              | Topik                                                     | Hasil                                                                 | Tanggal Bimbingan | Validasi Dosen |
| 1         | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Pembahasan dan perubahan topik proposal penelitian        | Didapatkan topik proposal yang layak diteliti                         | 6 Okt 2023        | ✓              |
| 2         | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Pembahasan outline penelitian                             | Outline telah diperbaiki dan dapat dilanjutkan dengan isi proposal    | 18 Okt 2023       | ✓              |
| 3         | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Perubahan sasaran parameter penelitian                    | parameter disesuaikan dengan tujuan penelitian                        | 23 Nop 2023       | ✓              |
| 4         | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Penambahan uji statistik Mann-Whitney pada proposal       | proposal telah dilengkapi dengan rancangan uji statistik Mann-Whitney | 9 Des 2023        | ✓              |
| 5         | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Perbaikan hipotesis                                       | Hipotesis menggunakan hipotesis penelitian                            | 12 Des 2023       | ✓              |
| 6         | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan jarak spasi, tabel dan kerangka konsep          | Telah disesuaikan dengan pedoman penulisan                            | 13 Des 2023       | ✓              |
| 7         | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan penulisan paragraf                              | Telah disesuaikan dengan pedoman yang berlaku                         | 15 Des 2023       | ✓              |
| 8         | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan penulisan daftar pustaka                        | Naskah telah disesuaikan dengan pedoman                               | 22 Des 2023       | ✓              |
| 9         | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Naskah proposal diterima dan layak untuk seminar proposal | Naskah ditandatangani                                                 | 23 Des 2023       | ✓              |
| 10        | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Naskah proposal diterima dan layak untuk seminar proposa  | Naskah ditandatangani                                                 | 23 Des 2023       | ✓              |
| 11        | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Bimbingan bab hasil dan pembahasan penelitian             | Penyajian hasil diperbaiki agar lebih jelas                           | 13 Apr 2024       | ✓              |
| 12        | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Perbaikan bab pembahasan                                  | Ditambahkan pembahasan yang lebih mendalam terkait penelitian         | 16 Apr 2024       | ✓              |
| 13        | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Perbaikan penyajian tabel                                 | Disesuaikan dengan hasil penelitian                                   | 22 Apr 2024       | ✓              |
| 14        | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | perbaikan penyajian tabel hasil                           | Tabel hasil disajikan lebih sederhana                                 | 23 Apr 2024       | ✓              |
| 15        | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan lembar judul                                    | Telah disesuaikan dengan pedoman lembar judul                         | 24 Apr 2024       | ✓              |
| 16        | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan penulisan paragraf                              | Paragraf pada naskah telah sesuai dengan pedoman                      | 24 Apr 2024       | ✓              |
| 17        | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan format tulisan                                  | Tulisan pada naskah telah mengikuti pedoman yang berlaku              | 25 Apr 2024       | ✓              |
| 18        | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan jarak spasi pada naskah                         | Spasi pada naskah sudah baik                                          | 25 Apr 2024       | ✓              |
| 19        | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Perbaikan penulisan daftar pustaka                        | Daftar pustaka telah disesuaikan dengan syarat yang berlaku           | 25 Apr 2024       | ✓              |
| 20        | 196804202002122004 - DR. dr. I GUSTI AGUNG DEWI SARIHATI, M.Biomed | Naskah skripsi diterima dan layak mengikuti ujian hasil   | Naskah skripsi ditandatangani                                         | 25 Apr 2024       | ✓              |
| 21        | 197101301995031001 - I NYOMAN GEDE SUYASA, SKM, M.Si               | Naskah skripsi diterima dan layak mengikuti ujian hasil   | Naskah skripsi ditandatangani                                         | 25 Apr 2024       | ✓              |

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Desak Putu Ayu Ardha Nareshwari

NIM : P07134220005

Program Studi : Sarjana Terapan

Jurusan : Teknologi Laboratorium Medis

Tahun Akademik : 2023/2024

Alamat : Br. Sunia Ds. Werdi Bhuwana, Mengwi, Badung

Nomor HP/Email : 081237706045 / [06.ardhanareshwari@gmail.com](mailto:06.ardhanareshwari@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan skripsi dengan berupa Tugas Akhir dengan Judul :

Perbandingan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Menggunakan Alat Sysmex XN-1000  
Dan XP-100 Hematology Analyzer Pada Pasien Hemodialisa Di RSD  
Mangusada

Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemnekes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan, diizinkan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

1. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 Juni 2024  
Mahasiswa Bersangkutan



I Desak Putu Ayu Ardha Nareshwari